

令和6年4月26日

雲南広域連合

広域連合長 石 飛 厚 志

## 令和6年度 高規格救急自動車仕様書に関する質疑回答書

令和6年4月19日付け質疑のあった事項について、次のとおり回答します。

件名	高規格救急自動車整備事業	
No	質疑事項	回答
1	<p><u>仕様書 P6 3(4)イ 任意切替スイッチ</u> 全周囲モニター用スイッチは車速20Km/h以下のみ操作可能となります。 「全周囲モニター用任意(車速20Km/h以下)スイッチ」と読み替えてよろしいでしょうか。</p>	承認します。
2	<p><u>仕様書 P7 3(4)シ(イ) 患者室マイク</u> 弊社採用予定に電子サイレンアンプにはマイクを増設できる追加端子がありません。 患者室のマイクは別アンプ及びスピーカーを別途設置し拡声機能のみとなりますがよろしいでしょうか。</p>	拡声機能を有していれば可とします。
3	<p><u>仕様書 P8 3(6)ア(イウ) 患者室 室内灯スイッチ</u> 室内灯及びバックドアスポットライト用のスイッチ位置は、納入実績車両と同位置となります。 弊社救急車の標準装備でよろしいでしょうか。</p>	承認します。
4	<p><u>仕様書 P11 4(2) 空調設備</u> 温度調節は運転席のみ可能です。患者室は風量調節は可能ですが温度調節はできません。 弊社救急車の標準機能でよろしいでしょうか。</p>	承認します。
5	<p><u>仕様書 P11 4(3)カ 車内照明</u> 外部電源入力中に点灯可能な照明は患者室のLED室内灯のみとなります。患者灯等は点灯しません。 「車内照明」を「LED照明」と解釈してよろしいでしょうか。</p>	承認します。
6	<p><u>仕様書 P13 【第6章】3 点検費用</u> 弊社諸事情により納車から数か月先のメンテナンス費用を契約金額に含めることができません。 仕様書より該当項目を削除していただけると幸いです。</p>	仕様書から該当項目を削除します。

7	<p>別表3 6 観察用資機材 4 血糖測定器</p> <p>対外診断用医薬品・針は付属できません。 ワンタッチベリオビュー「本体のみ」と解釈してよろしいでしょうか。</p>	承認します。
8	<p>別表3 資機材全般</p> <p>モデルチェンジ、生産終了等により型式規格変更の可能性がある場合は協議の上、同等品以上で対応させていただいてよろしいでしょうか。</p>	承認します。